

## 检验技师目录

原“第五篇 微生物学与检验”更名为“第五篇 临床微生物学检验”

第二篇 临床血液学检验

2022年: 第十七章 其他白细胞疾病及其实验诊断

第十八章 噬血细胞综合征及其实验诊断

2023年: 第十七章 噬血细胞综合征及其实验诊断

第十八章 其他白细胞疾病及其实验诊断

## 第一篇 临床检验基础

### 第三章 白细胞检查

二、白细胞计数

(三) 质量控制

2022年: (1)与红细胞数比较: 正常情况下, 红细胞数/白细胞数约为 500~1000/L。

2023年: (1)与红细胞数比较: 正常情况下, 红细胞数/白细胞数约为 (500~1000):1。

### 第七章 尿理学检验

一、尿量

3. 无尿

2022年: 无尿指尿量 $<100\text{ml}/24\text{h}$ , 或 $<17\text{ml}/\text{h}$ 。

2023年: 无尿指尿量 $<100\text{ml}/24\text{h}$ , 或 12 小时无尿。

第八章 尿有形成分检查

三、尿管型检查

3. 颗粒管型

2022年: 颗粒管型内含大小不等的颗粒物, 含量超过 1/3 管型面积以上时, 称为颗粒管型。

2023年: 颗粒管型内含大小不等的颗粒物, 含量超过 1/3 管型面积时, 称为颗粒管型。

### 第十一章 粪便检验

五、质量控制

(一) 标本的采集与运送

2. 取材

原: 常规检验应取指头大小 (5~10g)

改: 常规检验应取指头大小 (3~5g)